ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: SAC-MAN-FR-020
Versión: 1 Fecha Actualización: 10/08/2015
Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión a: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: MN-3523B | Fecha Inicio: 04/04/22 8:21 | Fecha Fin: 04/04/22 10:30

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

ANTES DEL MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hrs)	Pila (30 Hrs)	"Fuga x 8" (LED)	REJILLAS (5l-4m)	FILTROS (5l-4m)	BASE (5l-4m)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5l - NO)	BARRA (5l - NO)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	15619	6.0	89.9	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Man 7. Correctivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 3 min | Genera Alarma: No [ ] [X] Cual? El
2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [ ] Malas [X] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [ ] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena 5l | Con Sobrecalentamiento:

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido o de aguda o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tamiz	2			
	Pergamino Hamme	1			

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Fuga > 8 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L2 - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-L2-ES)	L2
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tirijita de flujo	Desconexión linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

DESPUES DEL MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hrs)	Pila (30 Hrs)	"Fuga x 8" (LED)	REJILLAS (5l-4m)	FILTROS (5l-4m)	BASE (5l-4m)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5l - NO)	BARRA (5l - NO)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	15620	6.3	93.5	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]