



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: OX-000008-001
 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/05/2018
 Página 1 de 2

Ficha: Remolón # Auxiliar No. Orden
 Código Equipo: **MV-588** Fecha Inicio: **17/06/22** 7:30 Fecha Fin: **17/06/22** 11:19

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	Cable de poder					
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

En Mantenimiento	HONORARIO	PRESIÓN	SERVIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANAR	FILTRAR	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Flujo	"Flujo a 0"				01-01	01-02	01-03		
	4995	67	920	5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	Mant. Correctivo
1. CILINDRO		Tiempo de la prueba		9 min		Genero Alarma		No		SI		Cuel?			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		SI		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bujo Mala	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarma (L1 - L3 - F3)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y L1-L3-F3)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de vehículo de alido	Control rangos de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HONORARIO	PRESIÓN	SERVIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANAR	FILTRAR	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Flujo	"Flujo a 0"				01-01	01-02	01-03		
	4995	67	920	5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	FIN DE MANTENIMIENTO

Fin de Mantenimiento Correctivo
W. G.