OXPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO	
		Código	GAD-MAN-FR-000
		Versión: 1	Fecha Actualización: 05/09/2018
			Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-1898B	Fecha Inicio	14/06/22	9:31	Fecha Fin	14/06/22	9:25

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90%-99%)	FLUJOMETRO (0-Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-Hrs)	Pila (0-Hrs)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (0-Hrs)	FILTROS (0-Hrs)	BASE (0-Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0-NO)	MANUAL (0-NO)	RUEDAS (0-Hrs)	OBSERVACIONES
	12247	6.4	94.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	1 Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	Gomin	Generó Alarma	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena Si
Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED flujo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90%-99%)	FLUJOMETRO (0-Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-Hrs)	Pila (0-Hrs)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (0-Hrs)	FILTROS (0-Hrs)	BASE (0-Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0-NO)	MANUAL (0-NO)	RUEDAS (0-Hrs)	OBSERVACIONES
	12248	6.4	94.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correcto Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]