



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: SAC-MAN-FR-009
 Versión: 1 Fecha Actualización: 03/08/2018
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Remisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Identificación del Equipo
 Código Equipo: **2FSAB2519020384** Fecha Inicio: **16/06/22** 7:33 Fecha Fin: **16/06/22** 9:16

Equipo contaminado por posible plaga: SI NO Fecha Inicio Aislamiento: _____ Fecha Fin Aislamiento: _____

FALLA	CARGO	TURBODIARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA FIN AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	REPORTE	REPLAZO CAMBIADO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO

DETALLES ADICIONALES DATOS POR FACILITAR

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA					REGLAS	FILTROS	GRASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (20-60)	Pila (20-60)	"Flujo a 0" (20-60)	(20-60)	(20-60)				(20-60)	BAJA (20-60)		
	9746793.6			SI	SI	SI	U	SI	SI	SI		MA	SI	SI		mant. preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		9min		Código Alarma		0									
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	X		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno	X								
3. DAÑOS IDENTIFICADOS																
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	S	Con Sobrecalentamiento									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Se verifica voltaje de la pila	7.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Pruebas de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros		
7	Otros		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3)	U
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo) y (L1-L3-E3)	U
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de vibrato de alarma	Obstruir manguera en salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA					REGLAS	FILTROS	GRASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (20-60)	Pila (20-60)	"Flujo a 0" (20-60)	(20-60)	(20-60)				(20-60)	BAJA (20-60)		
	9746791.8			SI	SI	SI	U	SI	SI	SI		NO	SI	SI		FINIRIA CONECTAR MANERA VILLANUEVA