ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	QAD-MAN-FR-005
Version: 1	Fecha Actualizacion: 15/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NW-4175B	Fecha Inicio	16/06/22 9:47	Fecha Fin	16/06/22 11:14

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			pilha lateral	1		Si X		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ANTES DE PUNTO PRUEBA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (a 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 l/m)	FILTROS (5 l/m)	BASE (5 l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (B1 - B2)	CÓDIGO DE BARRAS: BANJA (B1 - M3)	RUEDAS (5 l/m)	OBSERVACIONES
	6907	60	95.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma	No X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bien

7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado	

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

DESPUES DE PUNTO PRUEBA

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 3 (Cierre Rotómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LB - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LB-ES)	LB
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (a 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 l/m)	FILTROS (5 l/m)	BASE (5 l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (B1 - B2)	CÓDIGO DE BARRAS: BANJA (B1 - M3)	RUEDAS (5 l/m)	OBSERVACIONES
	6907	60	96.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Firmware Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO	