ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: OXD-MAN-FR-009
Versión: 1 | Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 3

Fecha Remisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Código Equipo	NN-45103	Fecha Inicio	18/06/22 7:31	Fecha Fin	18/06/22 10:47

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FECHA	HORA	TECNICO	DESCRIPCION					
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (85% - 95%)	FLUJOMETRO (30-4Lt)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-1Hz)	Pila (0-1Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	SOPLADAS (5)	FILTROS (5)	BASE (5)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5)	MANGA (5)	RUEDAS (5)	OBSERVACIONES
	14026	6.4	90%	5L	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1 hora	Genera Alarma	No		Si		Cual?	Lo
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena Si Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tanque	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (85% - 95%)	FLUJOMETRO (30-4Lt)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-1Hz)	Pila (0-1Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	SOPLADAS (5)	FILTROS (5)	BASE (5)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5)	MANGA (5)	RUEDAS (5)	OBSERVACIONES
	14029	6.2	95%	5L	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO