ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo:	GAD-MAN-FR-029
Version: 1	Fecha Actualizacion: 03/08/2016
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MM-1662B	Fecha Inicio	21/04/22 7:37	Fecha Fin	21/04/22 9:18

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	BAND	CLASE BAND	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES CAUSA POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (0-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/Min)	Pila (5l/Min)	"Flujo a 0" (<0.5l/Min)	REJILLAS (5l/Min)	FILTROS (5l/Min)	BASE (5l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 90)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 90)	RUEDAS (5l/Min)	OBSERVACIONES
	8703	6.2	93.4	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Genero Alarma	No	Si		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5l		Con Sobrecalentamiento					

PRUEBAS ELECTRICAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexion eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado: Segun ruta: ES

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE SEGURIDAD

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L2 - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L2-ES)	L2
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PRUEBAS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (0-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/Min)	Pila (5l/Min)	"Flujo a 0" (<0.5l/Min)	REJILLAS (5l/Min)	FILTROS (5l/Min)	BASE (5l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 90)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 90)	RUEDAS (5l/Min)	OBSERVACIONES
	8705	6.2	91.4	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO