



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAD-4424-FR-005
Fecha Actualización: 04/08/2016
Página 1 de 2

Fecha Revisión: Remisión a: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: AN-37243 Fecha Inicio: 21/06/22 5:01 Fecha Fin: 21/06/22 10:49

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, EL REPORTE, REPARO CAMBIOS. Includes rows for various maintenance checks.

DETALLES ADICIONALES DAÑO POR PACIENTE

PRUEBAS DE MANTENIMIENTO

Main maintenance test section with sub-sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANDERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten notes like 'Mant. Correctivo' and 'Bueno'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists specific tests like 'Estado Pila S.S.V', 'Prueba de fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entry 'Bergelc p/12'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Prueba # 2 (Cierre fugas)', 'Flujo Normal', etc.

Final maintenance test section with sub-sections: PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten notes like 'Funcion Correctamente' and a signature.