



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Formulario  
Codigo: SAC-100-78-003  
Versión: 1 Fecha Actualización: 02/04/2018  
Página 1 de 2

Fecha Revisión:      Revisión #:      Auxiliar Mantenimiento:      No. Orden:     

Código Equipo: **MV-4639B**      Fecha Inicio: **7:34**      Fecha Fin:     

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA:      SI:      NO:      FECHA INICIO AISLAMIENTO:      FECHA FIN AISLAMIENTO:     

FAULT	CONDICIÓN DE FALLA	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESOLUCIÓN

En Mantenimiento	HONOMETRO	PRESION	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANAS	FILTROS	BASC	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a E" (SI/NO)				SI-NO	SI-NO	SI-NO		SI-NO	SI-NO	
2551	6.0	93.3															
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		2 min		Control Alarma		No		SI		k		Cual?		E1	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES																	
7. CONTROL DE TEMPERATURA																	
8. Con Sobresalentado																	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	
1	Prueba de Fugas	Se verifica conexión mecánica del equipo	
2	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o sordo	
6	Otro:		
7	Otro:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera de aire	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Carga, flujo=0)	Se verifica activación de alarma (L1 - L0 - ES)	
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L0-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión trazo de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de aire	Desairar manguera de salida de aire de compresor	
6	Otro:		
6	Otro:		
6	Otro:		

En Mantenimiento	HONOMETRO	PRESION	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANAS	FILTROS	BASC	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a E" (SI/NO)				SI-NO	SI-NO	SI-NO		SI-NO	
2551	6.0	93.3														
<p style="text-align: right;">Comando programado</p> <p style="text-align: right;">Firma Mantenimiento: <i>[Signature]</i></p>																