OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualizacion: 03/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	SN 0119415	Fecha Inicio	21/06/22 7:30	Fecha Fin	21/06/22 11:27

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ESTADO DEL EQUIPO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4- 7 PSI)	OXIGENO (50% - 95%)	FLUJOMETRO (5-lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V-lpm)	Pila (5V-lpm)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5V- lpm)	FILTROS (5V- lpm)	BASE (5V- lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - lpm)	BARRA (5V - lpm)	RUEDAS (5V-lpm)	OBSERVACIONES
	7357	6.0	96.2											

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento					

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Ramit	2			

PRUEBAS DE SIMULACIÓN

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - ES)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte linea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir mangueira de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4- 7 PSI)	OXIGENO (50% - 95%)	FLUJOMETRO (5-lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V-lpm)	Pila (5V-lpm)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5V- lpm)	FILTROS (5V- lpm)	BASE (5V- lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - lpm)	BARRA (5V - lpm)	RUEDAS (5V-lpm)	OBSERVACIONES
	7361	6.4	95.7	5.	Si	5.	N/A	Si	Si	5.	N/A	Si	Si	Mant. y Funcionamiento Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO