

Fecha Recepción: _____ Remisión a: _____ Auxiliar Mantenedor: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **755AB2219020166** Fecha Inic: **22/06/22** Fecha Fin: **22/06/22** **9:17** **11:03**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO X **FECHA INICIO AISLAMIENTO** **FECHA FIN AISLAMIENTO**

FALLA	DANO	CLASE DANO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REQUERIDO CAMBIADO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO

DETALLES ADICIONALES (DAÑOS POR FACENTE)

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA											RUELAS	OBSERVACIONES							
					Desconexión (SI/NO)			Pila (SI/NO)			"Flujo a 2" (SI/NO)		SEALIAS					FILTROS		BASE			CÓDIGO DE BARRAS	
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)			(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
					SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. preventivo	
1. DOLADO		Tiempo de la prueba		90 min	Genero Alarma		NO	Cual?																
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS			SI	NO	SI	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI	NO										
3. CAROS IDENTIFICADOS																								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		BUENO			7. CONTROL DE TEMPERATURA		SI	Con Sobrecalentamiento																

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neutraliza del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

COODGO	DESCRIPCION	CANT	COODGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Fuga + 0 (Carga Normal)	Se verifica activador de alarmas (L1 - L2 - E3)	ES
2	Fuga Manera	Se verifica activador de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (L1-L2-E3)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión spray de fuga	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activador de válvula de aire	Cebado manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA											RUELAS	OBSERVACIONES							
					Desconexión (SI/NO)			Pila (SI/NO)			"Flujo a 2" (SI/NO)		SEALIAS					FILTROS		BASE			CÓDIGO DE BARRAS	
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)			(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
					SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Funciona correctamente	

FIRMA MANTENIMIENTO: *[Firma]*