ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	DAD-MAN-FR-008
Version: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remision #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NV-1273 B	Fecha Inicio	25/06/22 8:55	Fecha Fin	25/06/22 10:37

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
			Filtro Colador	1		Si	No	No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ANTES DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(88% - 94%)	(5l/4m)	(5l/4m)	(5l/4m)	(L3-E5)	(5l/4m)	(5l/4m)	(5l/4m)	(5l/4m - MD)	(5l/4m - MD)	(5l/4m)	
	7905	60	91.4	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	9 minutos	Genero Alarma	No	Si	Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS						
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

DURANTE EL MANTENIMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

DESPUES DE MANTENIMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 5 (Cierre Rotámetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E5)	E5
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E5)	Ok
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(88% - 94%)	(5l/4m)	(5l/4m)	(5l/4m)	(L3-E5)	(5l/4m)	(5l/4m)	(5l/4m)	(5l/4m - MD)	(5l/4m - MD)	(5l/4m)	Funciona Correctamente
	7905	60	91.0	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO