



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Codigo: BAS-MAN-PR-008  
Version: 1  
Fecha Actualización: 02/02/2018  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: \_\_\_\_\_ Remisión # \_\_\_\_\_ Acortar Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_

Codigo Equipo: **NN-541B** Fecha Inicio: **28/06/2022 8:20** Fecha Fin: **28/06/2022 10:20**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_ FECHA FIN AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_

CANTIDAD DE REPORTES DE PLAGA	CANTIDAD DE REPORTES DE PLAGA	
	SI	NO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	DESGRANO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJÍAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fijo a 0" (SI-NO)				BASC (SI-NO)	ALARM (SI-NO)		
	6519	6.393.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Mnto Preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		2 h		Genera Alarma		No	X	SI	Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	X	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: \_\_\_\_\_

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fijo = 3 (Cierre Fijación)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L0 - ES)	ES
2	Fijo Maquina	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L0-ES)	ES
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Desarmar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	DESGRANO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJÍAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fijo a 0" (SI-NO)				BASC (SI-NO)	ALARM (SI-NO)		
	6519	6.193.1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Sebastian Valencia

FIRMA MANTENIMIENTO: Sebastian Valencia