



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Código 222-0414 FF-05  
Versión 1 Fecha Actualización 15/08/2015  
Página 1 de 2

Fecha Recepción: [ ] Ramador # [ ] Asiste Mantenimiento [ ] N.º Orden [ ]

Identificación del Equipo  
Código Equipo: 7F55E2A9070371 Fecha Inicio: 05/11/22 7:34 Fecha Fin: 05/11/22 9:21

Equipo Contaminado por posible Plaga SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO [ ] FECHA FIN AISLAMIENTO [ ]

FALLA	BASE	CLASE DADO	RESERVA	CANTIDAD	SI REPORTA	SI REPORTA CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

**En Mantenimiento:**

HIDROMETRO: [ ] PRESION: [ ] OXIGENO: [ ] FLUJOMETRO: [ ]  
 PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión: [ ] Fito: [ ] "Flujo y S": [ ]  
 REJILLAS: [ ] FILTROS: [ ] BASE: [ ]  
 CÓDIGO DE BARRAS: [ ] RUEDAS: [ ]

Observaciones: *Mont. preventivo*

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: *90min* Gener. Alarma: [ ]  
 2. RUIDO EXTRAÑO: [ ] 3. ESTADO DE MANGUERAS: *Buena* Motos: [ ] 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: *Buena* Man: [ ]  
 5. DAÑOS IDENTIFICADOS: [ ]  
 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: *Buena* T. CONTROL DE TEMPERATURA: *Buena* S: [ ] Con Adicionalmente: [ ]

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pta 5.5 V	Verifica voltaje de la pta	<i>SI</i>
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	<i>OK</i>
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	<i>OK</i>
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	<i>OK</i>
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	<i>OK parte</i>
6	Otras		
7	Otras		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Servicio	Descripción	Resultado
1	Fuga - 2 (Carga Fullman)	Se verifica existencia de alarmas (L1 - L2 - E2)	<i>N.A</i>
2	Fuga Alarma	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (S)-L3-E3)	<i>N.A</i>
3	Descarga eléctrica	Activación alarma sonora	<i>OK</i>
4	Descarga de tarjeta de flujo	Descarga línea eléctrica	<i>N.A</i>
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	<i>OK</i>
6	Otras		
7	Otras		
8	Otras		

**En Mantenimiento:**

HIDROMETRO: [ ] PRESION: [ ] OXIGENO: [ ] FLUJOMETRO: [ ]  
 PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión: [ ] Fito: [ ] "Flujo y S": [ ]  
 REJILLAS: [ ] FILTROS: [ ] BASE: [ ]  
 CÓDIGO DE BARRAS: [ ] RUEDAS: [ ]

Observaciones: *Fuera de Correctura de White G*

PRIMA MANTENIMIENTO