



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO SAC-MAN-FR-005  
Versión 1 Fecha Actualización: 04/06/2018  
Página 1 de 2

Fecha Recepción: Revisión #: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
Codigo Equipo: M-638B Fecha Inicio: 07/03/22 9:21 Fecha Fin: 07/03/22 10:49

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, SI, REPORTE, REPUERTO, CAMBIADO. Includes handwritten entry: falla lateral, 2, Si, X, No.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PRUEBAS DEL MANTENIMIENTO

Table with columns: En Mantenimiento (HIDROMETRO, PRESION, ORDENO, FLOWMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, "Fuga a F"), REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes: Mont. Pruebas, 90min, Bueno, Si, Con Sobrecalentamiento.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Prueba de alarma with results: Si, OX, OX, OX, prueba.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests like Fuga a F (Cierre Reglamar), Fuga Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión varilla de Rápido, Activación de válvula de alivio with results: F5, OX, OX, OX.

Table with columns: En Mantenimiento (HIDROMETRO, PRESION, ORDENO, FLOWMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes: Comento funcionamiento 70, Williams G.