ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-030
Version: 1 | Fecha Actualización: 30/08/2019

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	MV-1111B	Fecha Inicio	04/07/22 7:57	Fecha Fin	04/07/22 9:19

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ANTES DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXIGENO (88% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-03)	REJILLAS (5 l/m)	FILTROS (5 l/m)	BASE (5 l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5 l/m)	RUEDAS (5 l/m)	OBSERVACIONES
	12191	6.5	94.9	5	5	5	LO	5	5	5	5	5	5	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	General Alarma	X	Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	5	Con Sobrecalentamiento		

DIAGNOSTICO TALLER

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

CALIBRACION Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - 03)	LO
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarilla y (LL-LO-03)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

DESPUES DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXIGENO (88% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-03)	REJILLAS (5 l/m)	FILTROS (5 l/m)	BASE (5 l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5 l/m)	RUEDAS (5 l/m)	OBSERVACIONES
	12192	6.2	94.2	5	5	5	60	5	5	5	5	5	5	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.