ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/
Página 1 de 2	

	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

DENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

ulpo	MN-3113B	Fecha Inicio	1/03/22 7:36	Fecha Fin	1/03/22 9:

ONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	V	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

		CANTIDAD	REMPLAZO	REUSO/CAMBIO		
	Cable de poder			SI		No
				SI		No
				SI		No
				SI		No
				SI		No
				SI		No
				SI		No

ONTAMINACIONES ENCONTRADAS DURANTE EL MANTENIMIENTO

HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANGA	RUEDAS	OBSERVACIONES
(Hrs)	(5-7 PSI)	(90%-98%)	(5l-6s)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	Mant. Correctiva
17	6.1	94.6	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

OO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma	No		Si		Cuál?	

EXTRAÑO	SI		NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

I IDENTIFICADOS	

O DE LAS INES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

Prueba	Descripcion	Resultado
Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	Si
Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK perfecto
ros:		
ros:		

cripcion del tico identificado	

DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CA

Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado