ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-FR-026
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2015
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Código Equipo	NW-336BB	Fecha Inicio	11/03/22 9:35	Fecha Fin	11/03/22 10:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

			Pintado Display				Si		No			
							Si		No			
							Si		No			
							Si		No			
							Si		No			
							Si		No			
							Si		No			

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (3l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	RUEJELAS (3l - 4m)	FILTROS (3l - 4m)	BASE (3l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (3l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (3l - 4m)	RUEDAS (3l-4m)	OBSERVACIONES
	7424	6.2	90.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	47 min	Generó Alarma	No		Si	X	Cual?	Lo		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifico voltaje de la pila	4.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tornillo	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Explosivo)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	OK
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (3l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	RUEJELAS (3l - 4m)	FILTROS (3l - 4m)	BASE (3l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (3l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (3l - 4m)	RUEDAS (3l-4m)	OBSERVACIONES
	7423	6.2	94.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO	