ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-035
Versión: 1	Fecha Actualización: 01/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Código Equipo	NV-B47B	Fecha Inicio	11/03/22 7:31	Fecha Fin	11/03/22 7:18

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION			
	10	Bote				Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (20% - 90%)	FLUJOMETRO (SLPM)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LS-LD)	SENSORES (SI - NO)	FILTROS (SI - NO)	GASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: GASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	3.1550	6.0	37.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Correctivo

1. ECLADO	Tiempo de la prueba	7 min	General Alarma	No		Si	X	Cual?	El

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	30%		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumático del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera humic	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	L
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (20% - 90%)	FLUJOMETRO (SLPM)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LS-LD)	PRUEBAS (SI - NO)	FILTROS (SI - NO)	GASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: GASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	3.1551	6.1	94.0	Si	Si	Si	ES	Si	SI	Si	NO	Si	Si	Manguera Correctivo

FIRMA MANTENIMIENTO	