

OX PRO		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES					FORMATO	
							GAD-AM-FR-001	
							Fecha Actualización: 05/08/2016	
							Página 1 de 2	
Fecha Revisión		Revisión #		Auditor Mantenimiento		No. Orden		
Código Equipo	M-90		Fecha Inicio	11/03/22	7:32	Fecha Fin	11/03/22 9:14	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
VALOR CONTAMINACIÓN								
En Mantenimiento		INDICATIVO	PRESION	DEBIDO	FILTRADO	PRUEBAS DE ALARMA		
		PRG	0-1 PSI	0PS-6PS	PSI/CM	DESCONECION (SI/NO)		
			5.0	33.8	X	PIA (SI/NO)		
						"Toda a B" (SI/NO)		
						FUELLAS (SI/NO)		
						FILTROS (SI/NO)		
						BASE (SI/NO)		
						CÓDIGO DE BARRAS (SI/NO)		
						RUEDAS (SI/NO)		
						OBSERVACIONES		
						Mont. correctivo		
1. CILINDRO		Tiempo de la prueba		1 min	Genera Alarma	No	Si X	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS								
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas		5. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	Si	
						Con Sobrecalentamiento		
No.	Prueba	Descripción					Resultado	
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila					SI	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo					OX	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo					OX	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo					OX	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte					OX	
6	Otro:							
7	Otro:							
Descripción del diagnóstico identificado								
CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT			
	Reemplazo de aceite	1						
No.	Prueba / Simulación	Descripción					Resultado	
1	Flejo + 6 (Cierre flejómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)					ES	
2	Flejo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (SL-L2-E2)					LO	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora					OX	
4	Desconexión tarjeta de flejo	Desconexión línea eléctrica					OX	
5	Activación de válvula de alivio	Destruir manguera de salida de aire de compresor					OX	
6	Otro:							
7	Otro:							
8	Otro:							
En Mantenimiento		INDICATIVO	PRESION	DEBIDO	FILTRADO	PRUEBAS DE ALARMA		
		PRG	0-1 PSI	0PS-6PS	PSI/CM	DESCONECION (SI/NO)		
			6.0	44.0	SI	PIA (SI/NO)		
						"Toda a B" (SI/NO)		
						FUELLAS (SI/NO)		
						FILTROS (SI/NO)		
						BASE (SI/NO)		
						CÓDIGO DE BARRAS (SI/NO)		
						RUEDAS (SI/NO)		
						OBSERVACIONES		
						Firma Mantenimiento		
						Wickmarly		