OXiPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	SAD-MAN-FR-020
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	MV-3463 B	Fecha Inicio	11/03/22 7:35	Fecha Fin	11/03/22 9:15

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	Y	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento: Horómetro (Hrs)	Presión (5-7 PSI)	Oxígeno (90%-96%)	Flujómetro (Si-No)	Pruebas de alarma: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	Rejillas (Si-No)	Filtros (Si-No)	Base (Si-No)	Código de barras: Base (Si-No)	Manija (Si-No)	Ruedas (Si-No)	Observaciones
12073	6.4	91.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ment. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No	Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento: Horómetro (Hrs)	Presión (5-7 PSI)	Oxígeno (90%-96%)	Flujómetro (Si-No)	Pruebas de alarma: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	Rejillas (Si-No)	Filtros (Si-No)	Base (Si-No)	Código de barras: Base (Si-No)	Manija (Si-No)	Ruedas (Si-No)	Observaciones
12073	6.4	90.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO	Wilmer G.