ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MMAPR-005
Version: 1	Fecha Actualización: 01/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	MM-3491B	Fecha Inicio	12/07/22 7:31	Fecha Fin	13/07/22 9:13

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ITEM	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES		AMBIENTADO	
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (20% - 90%)	FLUJOMETRO (0-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4m)	Pila (0-4m)	"Flujo a 0" (LL-LO-ES)	ESCALAS (0 - 1m)	PIÑONES (0 - 1m)	BASE (0 - 1m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (00 - MD)	MANIJA (00 - MD)	RUEDAS (0-4m)	OBSERVACIONES
	1851	6.3	95.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	9 min	Generó Alarma	X		SI		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	
---	---	---	---	---	---	---

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SN
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ox
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ox
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	No
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (20% - 90%)	FLUJOMETRO (0-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4m)	Pila (0-4m)	"Flujo a 0" (LL-LO-ES)	ESCALAS (0 - 1m)	PIÑONES (0 - 1m)	BASE (0 - 1m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (00 - MD)	MANIJA (00 - MD)	RUEDAS (0-4m)	OBSERVACIONES
	1855	6.1	94.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.