ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GADAMR-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Código Equipo	NN-4079B	Fecha Inicio	Martes 8/12	Fecha Fin	12-9-22	9:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

	X		Filtro Lateral		L		Si X		No	
	X		Base		1		Si X		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (5 l/Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Hz)	Pila (5 Hz)	"Flujo a 0" (5 Hz)	SELLOS (5 - Hz)	FILTROS (5 - Hz)	BASE (5 - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - HZ)	MANGA (5 - HZ)	RUEDAS (5 Hz)	OBSERVACIONES
	4413	6.5	90.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Flash Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	3 min	Generó Alarma	No		Si X		Cual?	E)
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bajo		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Si		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera / tubo refrigeración	L			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Bueno
5	Activación de vástulo de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (5 l/Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Hz)	Pila (5 Hz)	"Flujo a 0" (5 Hz)	SELLOS (5 - Hz)	FILTROS (5 - Hz)	BASE (5 - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - HZ)	MANGA (5 - HZ)	RUEDAS (5 Hz)	OBSERVACIONES
	4456	6.5	94.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.