ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	BAD-MAN-FR-008
Version: 1	Fecha Actualización: 05/08/2016
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	NN - 124913	Fecha Inicio	14/03/22 7:31	Fecha Fin	14/03/22 9:14

EQUIPO CONTAMINADO (OR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

							Si		No		
							Si		No		
							Si		No		
							Si		No		
							Si		No		
							Si		No		
							Si		No		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (9-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 lts)	Pila (30 lts)	"Flujo a 0" (LO ES)	HERLLAS (30 lts)	FILTROS (30 lts)	BASE (30 lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 40)	MANGA (30 - 40)	RUEDAS (30 lts)	OBSERVACIONES
	25223	6.4	92.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma	No X	Si		Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena	X	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno Si Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarilla y (LL-LO-ES)	NO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (9-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 lts)	Pila (30 lts)	"Flujo a 0" (LO ES)	HERLLAS (30 lts)	FILTROS (30 lts)	BASE (30 lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 40)	MANGA (30 - 40)	RUEDAS (30 lts)	OBSERVACIONES
	25224	6.3	92.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correcto Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO