ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	DAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualizacion: 03/08/2016
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: MV-30688 | Fecha Inicio: 13/03/22 10:02 | Fecha Fin: 13/03/22 11:39

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SISTEMA REPORTADO CPAP/VAPOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

PARAMETROS DE SERVICIO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	Pila (5 l/m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 l/m)	FILTROS (5 l/m)	BASE (5 l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	MANIJA (50 - 60)	RUEDAS (5 l/m)	OBSERVACIONES
	14314	6.0	90.2	Si	Si	Si	55	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Man. Correctivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 2 min | Generó Alarma: No [ ] Si [X] | Cual? El

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [ ] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Si | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TECNICO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CAMBIOS REALIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera humix	1			

PRUEBAS REALIZADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS CAUSAS IDENTIFICADAS EN CONCENTRADORES

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LI - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LI-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta trasa eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SERVICIO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	Pila (5 l/m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 l/m)	FILTROS (5 l/m)	BASE (5 l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	MANIJA (50 - 60)	RUEDAS (5 l/m)	OBSERVACIONES
	14315	6.1	96.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correctivo Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.