ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código:	GAO-MNU-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 30/04/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Código Equipo	NN-1414B	Fecha Inicio	22/03/22 9:05	Fecha Fin	22/03/22 10:36

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

							Si		No		
							Si		No		
							Si		No		
							Si		No		
							Si		No		
							Si		No		
							Si		No		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (1-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: Fila (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-6s)	FILTROS (5l-6s)	BASE (5l-6s)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (SI - NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	20557	6.3	90.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1hora	General Alarma	(SI)	SI X	Cual?	LO		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tamiz	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (1-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: Fila (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-6s)	FILTROS (5l-6s)	BASE (5l-6s)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (SI - NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	20558	6.2	95.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO	Wilmer G.