



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Codigo: OAD-MNV-FR-003  
Version: 1  
Fecha Actualizado: 05/08/2010  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: \_\_\_\_\_ Revisión #: \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: **nn-46480** Fecha Inicio: **23/03/22** Hora: **8:57** Fecha Fin: **23/03/22** Hora: **10:38**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAMA:  SI  NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_ FECHA FIN AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_

CAUSA	DAÑO	PLATEADO	LOCACION	CANTIDAD	RECURSO	REPARO	CAMBIO
			<b>Cable de poder</b>				

En Mantenimiento	HOMOMETRO	PRESION	DESEMBO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALES	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (1-4)	Fla (5-6)	Flujo a 0" (7-8)							
1350	6.4	75.9	SI	SI	SI	25	SI	SI	SI	SI	SI	SI	<b>Mon. Correctivo</b>	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Genero Alarma		NO				Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO		SI No		X		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		NO Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES														
Bueno					7. CONTROL DE TEMPERATURA			Bueno		SI		Sin Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		

DESCRIPCION IDENTIFICADA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cámara Regulable)	Se verifica activación de alarmas (S1 - (8-25)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y S1-(8-8))	OK
3	Respuesta eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Chequear manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HOMOMETRO	PRESION	DESEMBO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALES	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (1-4)	Fla (5-6)	Flujo a 0" (7-8)						
1350	6.1	94.4	SI	SI	SI	25	SI	SI	SI	SI	SI	SI	<b>Fuera de Correctivo de Williams Co.</b>

FIRMA MANTENIMIENTO: \_\_\_\_\_