



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
EAS-004-FR-003
Versión 1
Fecha Actualización: 03/08/2010
Página 1 de 3

Fecha Realización	Revisión #	Auxiliar Mantenimiento	No. Orden
Codigo Equipo	MV-1680 B	Fecha Inicio	24/03/22 8:50
		Fecha Fin	24/03/22 10:26

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	APROBADO (SI/NO)
			X			

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	VIBRACION	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			HUELSEAS	FILTROS	DRENE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 5" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	MANA (SI/NO)	SI/NO		
Yes	4.9	33.7	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. Correctivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		1 min		Generó Alarma		No		Molde		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		No	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		X		3. ESTADO DE MANGUERAS		SI		Molde		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		No	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		5		Con Sobresaturación			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.10
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	buena
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	LOGICO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera flexible	1			

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 5 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E3)	ES
2	Flujo Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (L1-L2-E3))	LO
3	Desconexión eléctrica	Aplicación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de efecto de alarma	Control manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	VIBRACION	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			HUELSEAS	FILTROS	DRENE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 5" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	MANA (SI/NO)	SI/NO		
Yes	6.29	34	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Personero Correctamente
FIRMA MANTENIMIENTO														Edilmar G.	