ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	MV-703B	Fecha Inicio	24/03/22 7:31	Fecha Fin	24/03/22 T:16

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN DE SERVICIO

FALLA	CAUSA	CLASE CAUSA	ACTIVIDAD	CANTIDAD	REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

OBSERVACIONES DE LA CONDICIÓN ADICIONALES ENCONTRADAS DESPUÉS DE LA REPARACIÓN

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (94% - 96%)	FLUJOMETRO (5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 lts)	Pila (5 lts)	"Flujo a 0" (LO-ES)	BURBUJAS (5 lts)	FILTROS (5 lts)	BASE (5 lts)	CODIGO DE BARRAS: BASE (20 - 140)	BARRAS (20 - 140)	RUEDAS (5 lts)	OBSERVACIONES
	1005	6.6	96.0	Si	Si	Si	65	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant preventivo

1. CICLAGO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma	NO	SI		Cual?				
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 9.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo ó fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (94% - 96%)	FLUJOMETRO (5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 lts)	Pila (5 lts)	"Flujo a 0" (LO-ES)	BURBUJAS (5 lts)	FILTROS (5 lts)	BASE (5 lts)	CODIGO DE BARRAS: BASE (20 - 140)	BARRAS (20 - 140)	RUEDAS (5 lts)	OBSERVACIONES
	1050	6.2	95.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO