ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SIAD-MM-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2016
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	MN-3250B	Fecha Inicio	24/03/22 10:32	Fecha Fin	24/03/22 12:04

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO POR PERSONA DE SERVICIO

ITEM	CANTIDAD	REPORTE	REMITIDO	CANTIDAD
			Si / No	
			Si / No	
			Si / No	
			Si / No	
			Si / No	
			Si / No	
			Si / No	

DATA OBSERVACIONES ADICIONALES

En Mantenimiento

HIDRÓMETRO (Psi)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90%-99%)	FLUJOMETRO (0-4lt)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4ct)	Pila (0-4ct)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RELEVAS (0-4ct)	FILTROS (0-4ct)	BASE (0-4ct)	CÓDIGO DE BARRAS: BAJO (0-14C)	ALTA (0-14C)	RUEDAS (0-4ct)
85	6.1	93.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si

OBSERVACIONES: Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.6 V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado: Segun ruta: ES

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Ng
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obturar manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento

HIDRÓMETRO (Psi)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90%-99%)	FLUJOMETRO (0-4lt)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4ct)	Pila (0-4ct)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RELEVAS (0-4ct)	FILTROS (0-4ct)	BASE (0-4ct)	CÓDIGO DE BARRAS: BAJO (0-14C)	ALTA (0-14C)	RUEDAS (0-4ct)
85	6.2	96.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si

OBSERVACIONES: Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: