

				<b>ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES</b>				<small>FORMA 1</small> <small>SAD 3844 FR-03</small> <small>Version: 1</small> <small>Fecha Actualización: 01/03/2018</small> <small>Página 1 de 2</small>			
Fecha Recepción	Recepción #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden						
Código Equipo		M7255193997		Fecha Inicio	24/03/22		2024	Fecha Fin	24/03/22		11:10
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X		FECHA INICIO AISLAMIENTO			FECHA FIN AISLAMIENTO		

En Mantenimiento	BAROMETRO	PRESIÓN	DESGASE	FUMOSMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SELLOS	FILTROS	VALVULAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fijo a P" (SI/NO)				01-04	05-08	09-12			
					SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI		Plant preventivo	
1. CICLADO			94.2	S	Tiempo de la prueba		1 hora	Disparo Alarma	No				Cool?			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	SI	SI	3. ESTADO DE MANGUERAS			Bueno	SI	Mévil	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno		Mévil
3. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES																
Bueno																
7. CONTROL DE TEMPERATURA																
Buena																
SI																
Con Subcalentamiento																

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK puerta
6	Otro:		
7	Otro:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fijo a 0 (Cerrar fijadores)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L8 - E8)	N/A
2	Fijo a tierra	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (L1-L2-E8))	N/A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N/A
5	Activación de válvula de alivio	Clonar manguera de salida de aire de compresor	N/A
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	BAROMETRO	PRESIÓN	DESGASE	FUMOSMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SELLOS	FILTROS	VALVULAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fijo a P" (SI/NO)				01-04	05-08	09-12		
					SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI		Fumosa constantemente
4/23		8.7	73.5	S	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI		