# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Codigo | GAD-MAN-FR-003 |
| Versión: 1 | Fecha Actualización: 05/08/2019 |
| | Página 1 de 2 |

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO**

| Codigo Equipo | DN200918051 | Fecha Inicio | 29/03/22 9:59 | Fecha Fin | 29/03/22 11:03 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**SINTOMA REPORTADO POR EL USUARIO DE SERVICIO**

| FALLA | CLIENTE | CLASE CLIENTE | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

**ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL TECNICO**

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5-7 PSI) | OXIGENO (85% - 96%) | FLUJOMETRO (5 l/Min) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / No) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI / No) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-EE) | REJILLAS (SI / No) | FILTROS (SI / No) | BASE (SI / No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO) | CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI / NO) | RUEDAS (SI / No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1523 | 8.3 | 96.9 | 5l | SI | SI | N.A | SI | SI | SI | N.A | SI | SI | Hace preventivo |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 1 hora | Generó Alarma | No X | | SI | | Cual? |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | SI | | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas X | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno X | | Malo |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Buena | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno | SI | | Con Sobrecalentamiento | |

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.6. V | Verifica voltaje de la pila | OK |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | OK Fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | |
|---|---|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EE) | N.A |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-EE) | N.A |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta linea eléctrica | N.A |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | N.A |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5-7 PSI) | OXIGENO (90% - 96%) | FLUJOMETRO (5 l/Min) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-EE) | REJILLAS (SI / No) | FILTROS (SI / No) | BASE (SI / No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO) | CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI / NO) | RUEDAS (SI / No) | OBSERVACIONES | FIRMA MANTENIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1524 | 8.3 | 96.3 | 5l | SI | SI | N.A | SI | SI | SI | N.A | SI | SI | Funciona Correctamente | |