



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 GAD-4441-FR-003
 Versión 1 Fecha Actualización: 03/04/2018
 Página 1 de 2

Fecha Revisión: _____ Revisión # 1 Auxiliar Mercaderías: _____ No. Orden: _____
 Código Equipo: **MN-2576B** Fecha Inicio: **21/03/22** 7:02 Fecha Fin: **29/03/22** 10:48

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	✓	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FAULTA	DAÑO	DESEBARRADO				

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (D-NC)	Pila (D-AL)	"Flujo a 0" (D-ES)				BASE (B-NC)	MANEJA (M-NC)	RUEDAS (R-NC)		
5446	6.9	93.8	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. Correctivamente
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90min		Generó Alarma		No		SI		Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		No		Motas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Sup	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS															
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Etana		SI		Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	OK parte
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Manguera Laminada	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Flujo/metro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LRD anillo) y (LL-LD-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire del compresor	activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE (B-NC)	MANEJA (M-NC)	RUEDAS (R-NC)		
5440	6.1	90.4	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Fuera de Mantenimiento Correctamente