



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAG-FM-003 Versión 1 Fecha Actualización: 05/08/2019 Página 1 de 2

Fecha Revisión, Ubicación, Auxiliar Mantenimiento, No. Orden, Código Equipo: 520501528, Fecha Inicio: 03/05/20, Fecha Fin: 03/05/20, Hora: 13:20

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for contamination status.

Main maintenance checklist with sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS (tiene switch malo, no enciende), 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.3 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma'.

Inventory table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Pila = 0 (Corte Espinero)', 'Pila Visual', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión línea de tierra', 'Activación de alarma de error'.

Bottom section with columns: HOROMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJIMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, and OBSERVACIONES (Oxycenter, Wilton C.).