ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	595B	Fecha Inicio	03/05/22 9:21	Fecha Fin	03/05/22 9:09

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

EL EQUIPO ESTUVO EXPUESTO O PRESENTO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES EVENTOS

CAUSA	DAÑO	CLASE CARTUCHO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	REPORTE	PERMUTO	ARMADO
						Si / No		
						Si / No		
						Si / No		
						Si / No		
						Si / No		
						Si / No		
						Si / No		

DESCRIPCION DEL DAÑO POR PACIENTE (Si)

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Ax)	Pila (El-Ax)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (El - Ax)	FILTROS (El - Ax)	BASE (El - Ax)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - NO)	BARRAS (El - NO)	RUEDAS (El-Ax)	OBSERVACIONES
	25548	6.2	95.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	BX	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma	No X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	9.3V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Leve
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clave Rojinegro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Ax)	Pila (El-Ax)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (El - Ax)	FILTROS (El - Ax)	BASE (El - Ax)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - NO)	BARRAS (El - NO)	RUEDAS (El-Ax)	OBSERVACIONES
	25548	6.0	95.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Primera Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO