



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: OAD-MANTEN-005
Versión: 1
Fecha Actualización: 05/02/18
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión#: Auxiliar Mantenedor: No. Orden:

Código Extern: **MW-25413** Fecha Inicio: **03/05/22** 7:32 Fecha Fin: **03/05/22** 9:17

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO **λ** FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FECHA	TIPO DE CONTAMINACIÓN	CAUSAS	RESULTADO	RECOMENDACIONES
			SI	No
			SI	No
			SI	No
			SI	No
			SI	No
			SI	No
			SI	No

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLenos	FILTROS	GASES	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Pila a 0"				BARR	BARRA	BARRA		
35110	6.2946	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba: 90 min		General Alarma: No		Cual?										
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No X	3. ESTADO DE MANDUERAS		Bueno X	Malos		4. SISTEMA DE REFRIGERACION			SI	Malos			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES	Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI		Con Subwaterómetro						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: **puerto**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pila a 0 (Cero Alarma)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E0)	SI
2	Pila Verde	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LRD amarillo y (LL-LD-E0)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión lógica de Rdp	Desconexión línea electrónica	OK
5	Activación de válvula de duto	Observar manifiesto de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLenos	FILTROS	GASES	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Pila a 0"				BARR	BARRA	BARRA		
35111	6.2937	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	fuera de funcionamiento

FORMA MANTENIMIENTO: **Wagner**