



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 01
Versión 1
Fecha Actualización: 08/06/16
Página 1 de 2

Fecha Recepción: Recisión # Auxiliar Mantenimiento No. Orden

Código Equipo: **017200915163** Fecha Inicio: **03/05/16 a.o.9** Fecha Fin: **03/05/16 13:14**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

PLAGA	CONTAMINADO	NO CONTAMINADO
	SI	No
	SI	No
	SI	No
	SI	No
	SI	No
	SI	No
	SI	No

En Mantenimiento	HORIZONTAL	PRESIÓN	ONIBERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (E-5)	Pila (E-6)	"Flujo a 0" (E-8)				SAE (E-1)	SAEA (E-2)	SAEB (E-3)		
					SI	SI	N.A	X	SI	SI	N.A	X	SI	Mant. preventivo	

1. CICLADO Tiempo de la prueba: **1 hora** Gener. Alarma: **No** Cuid? SI

2. RUIDO EXTRAÑO SI No **X** 3. ESTADO DE MANGUERAS Buena **X** Malas 4. SISTEMA DE REFRIGERACION Buena **X** Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONDICIONES Buena 7. CONTROL DE TEMPERATURA Buena SI Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.E. V	Verificar voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Óleo:		
7	Óleo:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	"Flujo a 0" (Garras Regulables)	Se verifica activación de alarmas (J1 - L8 - E8)	N.A
2	"Flujo Máximo"	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + USD avanzado y J1-L8-E8)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N/A
5	Activación de vibrado de alarma	Describir mensajes de salida de alarma de compresor	N/A
6	Óleo:		
7	Óleo:		
8	Óleo:		

En Mantenimiento	HORIZONTAL	PRESIÓN	ONIBERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (E-5)	Pila (E-6)	"Flujo a 0" (E-8)				SAE (E-1)	SAEA (E-2)	SAEB (E-3)		
					SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Correcto funcionamiento 70	

360281957 FIRMAMANTENIMIENTO: *W. W.*