ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DE EQUIPO

Codigo Equipo	NW-2515 B	Fecha Inicio	04/05/22 10:50	Fecha Fin	12:33

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CAUSA DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	REPORTE		REPUESTO CAMBIADO	
						SI		No
						SI		No
						SI		No
						SI		No
						SI		No
						SI		No
						SI		No

OBSERVACIONES DE ALTERACIONES CAUSADAS POR EL PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (93% - 96%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 - Hz)	FILTROS (5 - Hz)	BASE (5 - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - HO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5 - HO)	RUEDAS (5 Hz)	OBSERVACIONES
	2.254	4.0	93.7	5L	5i	5i	ES	5i	5i	5i	5i	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si	X	Cual?	El
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5i	Con Sobrecalentamiento								

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	9.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera tamiz	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de pilas	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (93% - 96%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 - Hz)	FILTROS (5 - Hz)	BASE (5 - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - HO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5 - HO)	RUEDAS (5 Hz)	OBSERVACIONES
	2.298	6.2	94.0	5L	5i	5i	ES	5L	5L	5i	5i	5i	5i	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO