

Fecha Remisión: _____ Revisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **MN-2508** Fecha Inicio: **04/05/22** Hora Inicio: **7:32** Fecha Fin: **04/05/22** Hora Fin: **9:20**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
RAÍDA	EDICIÓN					

En Mantenimiento	HORÍMETRO	PRESIÓN	ORGANO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)	RELLAS (SI-NO)	FLUTOS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)			
	1532	6.2	91.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI		Mant. preventiva	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			90 min		Genero Alarma		No		SI		Coff			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		M		3. ESTADO DE MANGUERAS			SI		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI	
4. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OU
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Condición electrónica	Se verifican las condiciones electrónicas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OX
6	Otros:		parte
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fija - 8 (Clave Fajroest)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ED)	ES
2	Fija Moción	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES))	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OX
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OX
5	Activación de vibrado de alido	Cebarr mangas de salida de aire de compresor	OX
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÍMETRO	PRESIÓN	ORGANO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)	RELLAS (SI-NO)	FLUTOS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)			
	1532	6.1	90.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI		Fumista Concitantamente Lalhua G	