ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	OAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualización: 05/03/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DE EQUIPO

Codigo Equipo	MN-352BB	Fecha Inicio	04/03/19 7:37	Fecha Fin	04/03/19 9:17

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MANTENIMIENTO (SINTOMA REPORTADO, DIAGNOSTICO, TRABAJO REALIZADO, REPUESTOS CAMBIADOS)

CANTIDAD	REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO			
		Si		No	
		Si		No	
		Si		No	
		Si		No	
		Si		No	
		Si		No	
		Si		No	

OBSERVACIONES ADICIONALES O NOVEDADES POR PARTE DEL PERSONAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (50 Ml/s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Ml/s)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (50 Ml/s)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50 - Ml/s)	FILTROS (50 - Ml/s)	BASE (50 - Ml/s)	CODIGO DE BARRAS: BASE (50 - Ml/s)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - Ml/s)	RUEDAS (50 Ml/s)	OBSERVACIONES
	15114	6.0	95.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	NO X		SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarilla y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (50 Ml/s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Ml/s)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (50 Ml/s)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50 - Ml/s)	FILTROS (50 - Ml/s)	BASE (50 - Ml/s)	CODIGO DE BARRAS: BASE (50 - Ml/s)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - Ml/s)	RUEDAS (50 Ml/s)	OBSERVACIONES
	15115	6.1	94.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funcionan Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO