

Fecha Remisión: _____ Remisión #: _____ Asesor Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **MJ-564B** Fecha Inicio: **04/05/22 9:15** Fecha Fin: **04/05/22 10:57**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FAULT	DAÑO IDENTIFICADO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OPORTUNO	FECHA DE CAMBIO
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FUELMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES		
					DESCONEXIÓN			PIE	"Fijó a 0"		REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	
					(S-A)	(S-B)	(S-C)		(S-1)	(S-2)				(S-1)			(S-2)
10650	60	86.2	S:	S:	S:	S:	Lo:	S:	S:	S:	N:	S:	S:	Mont. correctivo			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		4 min		Generó Alarma		No		SI		X		Cuz? E1			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No X		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		M		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno Malo			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					Bueno					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		S:		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	S
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera 1/2"	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fijó + 0 (Cierre Fijómetro)	Se verifica activación de alarma (L1 - L6 - E3)	Lo
2	Fijó Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L6-E3)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de fijó	Desconecta línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de aire	Disturbio manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FUELMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES		
					DESCONEXIÓN			PIE	"Fijó a 0"		REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	
					(S-A)	(S-B)	(S-C)		(S-1)	(S-2)				(S-1)			(S-2)
10650	64	86.2	S:	S:	S:	S:	Lo:	S:	S:	S:	N:	S:	S:	Firma Mantenimiento			

Firma Mantenimiento: **Wilmar G.**