



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAD-004-75-001
Versión: 1
Fecha Actualización: 05/08/2010
Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Revisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **NW-4547B** Fecha Inicio: **01/05/12 0:40** Fecha Fin: **01/05/12 11:03**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

Table with columns for equipment type, brand, model, and status (SI/NO) for various components.

DETALLE DE LA ACTIVIDAD REALIZADA DURANTE EL MANTENIMIENTO

Table with columns: En Mantenimiento, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujos), CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES (Handwritten: Man. preventivo)

1. CICLADO: Tiempo de la prueba **2 horas**, Generó Alarma: **No**, Cuid? **Si**
2. RUIDO EXTRAÑO: **No**
3. ESTADO DE MANGUERAS: **Buena**, Mulas: **No**
4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: **Buena**, Mulas: **No**
5. DAÑOS IDENTIFICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: **Buena**, 7. CONTROL DE TEMPERATURA: **Buena**, **Si**, Con Sobrecalentamiento: **No**

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado (Handwritten: SI, OX, OX, OX, fuerte)

Descripción del defecto identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado (Handwritten: SI, No, OX, OX, OX)

Table with columns: En Mantenimiento, PRUEBAS DE ALARMA, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES (Handwritten: Funciona correctamente, Wilmar C.), FIRMA MANTENIMIENTO