ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 3

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	7FSAB20190202O2	Fecha Inicio	06/05/22 7:32	Fecha Fin	06/05/22 9:13

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMAS PERCIBIDOS DURANTE LA OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CAMBIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISPONIBLE	PERSONAL CAPACITADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

OBSERVACIONES DE AUDITORIA REALIZADAS POR PLANTA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-9s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-9s)	Pila (5l-9s)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l - 9s)	FILTROS (5l - 9s)	BASE (5l - 9s)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5l - 9s)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 9s)	RUEDAS (5l-9s)	OBSERVACIONES
	4995	6.7	94.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	C.	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No	Si		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bien				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Ok prueba
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES Lo
2	Flujo Mínimo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Ok
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Ok
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-9s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-9s)	Pila (5l-9s)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l - 9s)	FILTROS (5l - 9s)	BASE (5l - 9s)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5l - 9s)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 9s)	RUEDAS (5l-9s)	OBSERVACIONES
	4998	6.7	94.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO	