ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2 y 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	NW-44473	Fecha Inicio	03/25/22 10:00	Fecha Fin	03/25/22 11:37

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pita	"Flujo a 0"							
	[Hrs]	[6-7 PSI]	[90%-99%]	[0 Hrs]	[0 Hrs]	[0 Hrs]	[LO-ES]	[0- Hrs]	[0- Hrs]	[0- Hrs]	[0- Hrs]	[0- Hrs]	[0- Hrs]	
	17808	61	96.7	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	30min	Generó Alarma	NO		SI		Cual?	
7. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	8. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	9. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		
	Descripcion del diagnóstico identificado		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	Lo
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir reingreso de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

Fin Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pita	"Flujo a 0"							
	[Hrs]	[6-7 PSI]	[90%-99%]	[0 Hrs]	[0 Hrs]	[0 Hrs]	[LO-ES]	[0- Hrs]	[0- Hrs]	[0- Hrs]	[0- Hrs]	[0- Hrs]	[0- Hrs]	
	17809	61	95.9	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO