OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Código Equipo	MN - 3430B	Fecha Inicio	07/05/22	7:30	Fecha Fin	07/05/22	9:09

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO

PARTE DAÑADA	CAUSA DAÑO		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCARTE	REPARACIÓN		REEMPLAZO	
			falta tubería	1		Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLAR ACTIVIDADES REALIZADAS POR TALLER

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (9-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Ma)	Pila (El-Ma)	"Flujo a 0" (LI-LS)	REJILLAS (El-Ma)	FILTROS (El-Ma)	BASE (El-Ma)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - MO)	MANILA (El - MO)	RUEDAS (El-Ma)
27/9/6	6.0	90.1	5l		5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l

OBSERVACIONES
Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	20min	General Alarma	No		Si	X	Cual?	LO			
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena	X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5l	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	5l
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Term. x	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LI - LS - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LI-LS-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (9-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Ma)	Pila (El-Ma)	"Flujo a 0" (LI-LS)	REJILLAS (El-Ma)	FILTROS (El-Ma)	BASE (El-Ma)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - MO)	MANILA (El - MO)	RUEDAS (El-Ma)
27/9/9	6.1	95.3	5l		5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l

OBSERVACIONES	
Funciona Correctamente	
FIRMA MANTENIMIENTO	Wilmar G.