



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: OAD-MMS-FR-006
Versión 1 Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Recepción: [] Revisión # [] Auxiliar Mantenimiento: [] No. Orden: []

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equipo: **MU-2237B** Fecha Inicio: **10/20/22** 10:47 Fecha Fin: **06/25/22** 12:44

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [] NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: [] FECHA FIN AISLAMIENTO: []

FALLA	BARRA	CLASIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPORTE	REQUIERE CAMBIO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLenos	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fuga a E" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	BARRA (SI-NO)			RUEDA (SI-NO)
960	61	002	51	51	51	51	51	51	51	NO	51	51	Mant. Correctamente		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		1 hora		Genera Alarma		No		Si		Cual?		Lo	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI [] NO <input checked="" type="checkbox"/>		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena <input checked="" type="checkbox"/>		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena <input checked="" type="checkbox"/>		Mala	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		51		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	quede
6	Otro:		
7	Otro:		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
96012		2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga - 2 (Cierre Fúlgrom)	Se verifica activación de alarmas (LL - LE - ES)	ES
2	Fuga Manera	Se verifica activador de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta tres alarmas	Bueno
5	Activador de alarma de pila	Cobrir manguera del salida de aire de compresor	Bueno
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLenos	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fuga a E" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	BARRA (SI-NO)		
96012	94.9	51	51	51	51	51	51	51	51	NO	51	51	Fuera Correctamente	

FIRMA MANTENIMIENTO: *[Signature]*