



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: OAS-MA-PR-005
Versión: 1
Fecha Actualización: 03/04/2015
Página 1 de 2

Fecha Remisión, Remisión #, Auxiliar Mantenimiento, No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: NW 318413
Fecha Inicio: 09/05/22 7:31
Fecha Fin: 09/05/22 9:10

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
SI NO [X]
FECHA INICIO AISLAMIENTO
FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, SI REPORTE, REPUERTO CAMBIADO. Includes 'DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE'.

Table with columns: En Mantenimiento (HIDROMETRO, PRESION, DISEÑO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Fuga a G), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes like 'Mant presentas'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma'.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Fuga a G (Dama fluorescente)', 'Fuga Manera', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', 'Activación de vibración de alarma'.

Table with columns: En Mantenimiento (HIDROMETRO, PRESION, DISEÑO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes like 'Funciones correctamente'.