



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
ORD-MAN-PR-006
Version 1 Fecha Actualización: 05/04/2018
Página 1 de 2

Fecha Recepción: Remisión #: Asesor Mantenimiento: No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equipos: **AN-4251B** Fecha Inicio: **10/05/22** 7:31 Fecha Fin: **10/05/22** 9:18

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUERTO CAMBIADO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ANÁLISIS DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BAJES	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fuga a S" (SI-NO)				BAJES (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)		
10/05/22	63	95.2	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90min		Generó Alarma		X	SI	Cual?				
3. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANQUERAS		Buena	X	Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		X	Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	OX fuerte
6	Otros		
7	Otros		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga - 2 (Como fugas reales)	Se verifica activación de alarmas (LI - LO - ES)	ES
2	Fuga Maxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (SS) Papi y LED amarillo y LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OX
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconecta línea eléctrica	OX
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OX
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BAJES	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fuga a S" (SI-NO)				BAJES (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)		
10/05/22	63	95.2	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Fusiones correctamente
FIRMA MANTENIMIENTO: <i>Wilmar G.</i>														