



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 SAC-MHA-FR-008
 Version: 1 Fecha Actualización: 05/08/2016
 Página 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Remisión a: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
 Código Equipo: **MN-1054B** Fecha Inicio: **12/05/22** 7:32 Fecha Fin: **12/05/22** 9:13

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CAUSA DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPORTE	REPLAZO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HÓRIMETRO	PRESION	CARGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUELAS	OBSERVACIONES		
					DESCONECCION (SI/NO)			"FUGA" O "F" (SI/NO)			RECLAMAS (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	BASE (SI/NO)	CÓDIGO DE BARRAS				
					SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO				SI/NO			SI/NO	
11199	6295.3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant preventivo	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		9 min	Genero Alarma	NO	SI	Cual?											
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buena	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			NO	Mala						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	SI	Con Sobrecalentamiento								

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	4.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica contenedor neumático del equipo	OK
3	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Fuga "0" (Cierre Neumatico)	Se verifica activacion de alarmas (L1 - L3 - E3)	ES LO BUENO
2	Fugas Manera	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y L1-L3-E3)	BUENO
3	Desconexion electrica	Activacion alarma sonora	BUENO
4	Desconexion logica de fuga	Desconecta linea electrica	BUENO
5	Activacion de vibrata de alarma	Ciclotron manguera de salida de aire de compresor	BUENO
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HÓRIMETRO	PRESION	CARGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUELAS	OBSERVACIONES		
					DESCONECCION (SI/NO)			"FUGA" O "F" (SI/NO)			RECLAMAS (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	BASE (SI/NO)	CÓDIGO DE BARRAS				
					SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO				SI/NO			SI/NO	
1000	6095.1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Fuerza Correctamente		
FIRMA MANTENIMIENTO																		