

Fecha Remisión: _____ Remisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
 Código Equipo: **DM200 915144** Fecha Inicio: **11/05/12** Fecha Fin: **11/07/12**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO **FECHA INICIO AISLAMIENTO** _____ **FECHA FIN AISLAMIENTO** _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	NO. REPORTE	REPARO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PRUEBAS DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HOMOMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	MASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	BASE	BASE			
					(0-10)	(0-10)	(0-10)				(0-10)	(0-10)	(0-10)			
1 CICLADO																
2 RUIDO EXTRAÑO	SI	NO			3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas				4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena					
3 DAÑOS IDENTIFICADOS																
6 ESTADO DE LAS CONEXIONES										7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena					Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	
6	Otros		
7	Otros		
	Descripción del diagnóstico identificado		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga + 0 (Cierre Flujo)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L5 - E5)	
2	Flujo Masero	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L5-E5)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	
5	Admisión de válvula de aire	Cambiar manguera de salida de aire de compresor	

En Mantenimiento	HOMOMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	MASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	BASE	BASE			
					(0-10)	(0-10)	(0-10)				(0-10)	(0-10)	(0-10)			
FIRMA MANTENIMIENTO: W. Lopez G.																